

Số: 400 /YCBG-TTYT

Tuy An, ngày 07 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Tuy An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, sinh phẩm chẩn đoán invitro (gọi chung là vật tư y tế) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tuy An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Hoà

+ Chức vụ: nhân viên

+ Số điện thoại: 0367034421

+ Địa chỉ email: nguyenvanhoal6ds112@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: KP Trường Xuân, Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

- Nhận qua email: bvtakhoaduoc@gmail.com.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 07 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 07 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 17 tháng 07 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm vật tư Y tế năm 2023.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Airway nhựa các số	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	10	cái
2	Bơm tiêm 5ml	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	30,000	cái
3	Bông y tế thấm nước	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	72	kg
4	Bông y tế 25 g	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	300	Gói
5	Băng cuộn y tế 0,07m x 1,5m	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	1,000	Cuộn
6	Bộ hút điều hoà kinh nguyệt (Bộ điều kinh karman)	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	40	Bộ
7	Băng keo chỉ nhiệt	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	10	Cuộn
8	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 4/0	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	60	Tép
9	Chromic Catgut 3.5(2/0)75cm 1/2HR26	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	600	Tép
10	Chỉ nylon 2/0	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	400	Tép
11	Chỉ nylon số 0	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	90	Tép
12	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0 kim tam giác	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	120	Tép
13	Dây truyền dịch có kim	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	2,000	Sợi
14	Dây oxy 2 nhánh trẻ em, người lớn	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	500	Sợi
15	Đầu col vàng	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	500	Cái


16	Giấy siêu âm	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	40	Cuộn
17	Găng tay dài sản khoa đã tiệt trùng, các cỡ	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	300	Đôi
18	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	4,000	Đôi
19	Kim chích máu	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	3,000	Cây
20	Kim luồn tĩnh mạch	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	700	Cây
21	Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần các cỡ	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	10,000	Cây
22	Kim đẩy chỉ vô trùng dùng một lần	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	3,000	Cây
23	Nẹp đùi chống xoay	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	5	Cái
24	Mặt nạ oxy bộ khí dung người lớn, trẻ em	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	700	Bộ
25	Ống nghiệm lấy máu EDTA	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	4,800	Ống
26	Ống nghiệm Heparin	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	4,800	Ống
27	Ống đặt nội khí quản các số	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	5	Cái
28	Kim chọc dò tủy sống các loại, các cỡ	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	500	Cây
29	Test nhanh chẩn đoán HIV	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	800	Test
30	Que thử đường huyết	Mô tả cụ thể trong bảng mô tả đính kèm theo.	1,400	Que

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể (*Bảng mô tả đính kèm theo*).


3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác: có (Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật; các yêu cầu về địa điểm cung cấp; thời gian giao hàng dự kiến)



Nguyễn Thành Trung



BẢO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Airway nhựa các số					10				
2	Born tiêm 5ml					30,000				
3	Bông y tế thấm nước					72				
4	Bông y tế 25 g					300				

5	Băng cuộn y tế 0,07m x 1,5m						1,000					
6	Bộ hút điều hoà kính nguyệt (Bộ điều kính karman)						40					
7	Băng keo chỉ nhiệt						10					
8	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 4/0						60					
9	Chromic Catgut 3.5(2/0)75cm 1/2HR26						600					
10	Chỉ nylon 2/0						400					
11	Chỉ nylon số 0						90					
12	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0 kim tam giác						120					
13	Dây truyền dịch có kim						2,000					
14	Dây oxy 2 nhánh trẻ em, người lớn						500					

15	Đầu col vàng					500				
16	Giấy siêu âm					40				
17	Găng tay dài sản khoa đã tiệt trùng, các cỡ					300				
18	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số					4,000				
19	Kim chích máu					3,000				
20	Kim luồn tĩnh mạch					700				
21	Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần các cỡ					10,000				
22	Kim đẩy chỉ vô trùng dùng một lần					3,000				
23	Nẹp đùi chống xoay					5				
24	Mặt nạ oxy bộ khí dung người lớn, trẻ em					700				

25	Ông nghiệm lấy máu EDTA						4,800							
26	Ông nghiệm Heparin						4,800							
27	Ông đặt nội khí quản các số						5							
28	Kim chọc dò tủy sống các loại, các cỡ						500							
29	Test nhanh chẩn đoán HIV						800							
30	Que thử đường huyết						1,400							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày... tháng... năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 1.2.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
- Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

SỞ Y TẾ PHÚ YÊN
TTYT HUYỆN TUY AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG MÔ TẢ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023

(kèm theo Yêu cầu báo giá số: 400/YCBBG - TTYT ngày 07 tháng 7 năm 2023 của TTYT huyện Tuy An)

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
1	Airway nhựa các số	Chất liệu nhựa y tế, các số	Khoa Dược -TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
2	Bom tiêm 5ml	Bom tiêm nhựa liên kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Khoa Dược -TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
3	Bông y tế thấm nước	Thành phần: 100% sợi cotton từ bông xơ tự nhiên. Bông hút nước được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại bỏ, làm tơi. Sợi mảnh,	Khoa Dược -TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
		mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt.				
4	Bông y tế 25 g	Bông y tế thấm nước 25g vô trùng.	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
5	Băng cuộn y tế 0,07m x 1,5m	Kích thước: 7cm x 1,5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố.	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
6	Bộ hút điều hoà kinh nguyệt (Bộ điều kinh karman)	Bộ hút điều kinh Karman 1 van, sử dụng 1 lần. Bơm hút tay chân không. Gồm xylanh pittong, chai dầu parafin bôi trơn, thân khóa, vòng khóa, 2 ống hút số 4-10; Đóng gói 1 bộ/hộp.	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
7	Băng keo chỉ nhiệt	Băng chỉ thị tiết trùng nhiệt độ thấp dạng cuộn. Rộng 12mm, dài $\geq 50m$. Với độ bám dính tốt, dùng để dán trên gói hàng gia công tiết trùng. Chỉ thị màu chuyển từ xanh da trời sang màu đỏ rục rục cho thấy dụng cụ đã được tiết trùng. Sau tiết trùng, băng keo dễ dàng bóc ra không để lại vết dính trên gói đồ	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
8	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 4/0	Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 4/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm, kim phủ silicon	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
9	Chromic Catgut 3.5(2/0)75cm 1/2HR26	Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 2/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm,	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
		chiều dài kim 26, kim phủ silicon.				
10	Chỉ nylon 2/0	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi, làm từ Polyamide (Nylon) số 2/0, sợi chỉ dài ≥ 75 cm, kim tam giác 3/8C, chiều dài kim 26 mm.	Khoa Dược - TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
11	Chỉ nylon số 0	Chỉ nylon số 0 kim tam giác 1/2C dài 40mm, sợi chỉ dài ≥ 90	Khoa Dược - TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
12	Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0 kim tam giác	Chỉ không tiêu thiện nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tằm họ Bombyx mori, 2/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, chỉ phủ sấp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy trắng	Khoa Dược - TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
		PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín.				
13	Dây truyền dịch có kim	Được làm bằng nhựa y tế, khử vô trùng bằng khí EO. Không độc, không gây sốt, cỡ kim 22GX1.1/4, định lượng giọt : 20 giọt ~ 1ml, nắp thông khí có màng lọc khí. Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị màu trên bao bì chuyển từ màu hồng sang màu vàng. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 6591 - 4	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
14	Dây oxy 2 nhánh trẻ em, người lớn	Dây dẫn chiều dài $\geq 2m$ được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	Khoa Dược -TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
15	Đầu col vàng	Thể tích 200 μl	Khoa Dược -TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất		
16	Giấy siêu âm	Kích thước 110mm x 20m	Khoa Dược -TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
17	Găng tay dài sản khoa đã tiệt trùng, các cỡ	Nguyên liệu: cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da. Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói mỗi túi/ đôi. Chiều dài: $490 \pm 10mm$ Bề dày tối thiểu: 0,15mm Chiều	Khoa Dược -TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
		rộng lòng bàn tay: + Size 7: 89 ± 5mm + Size 7,5: 95 ± 5mm Găng sản khoa được tiết trùng bằng khí EO				
18	Găng tay phẫu thuật tiết trùng các số	Các số: 6,5, 7, 7,5	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
19	Kim chích máu	Làm bằng thép không gỉ, tiết trùng.	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
20	Kim luồn tĩnh mạch	Các số: 18G, 20G, 22G, 24G	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
21	Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần các cỡ	Kích cỡ: 0.30x30mm. Quy cách đóng gói: 10 cây / túi. Hộp 100 cây	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
22	Kim đẩy chỉ vô trùng dùng một lần	Kim đẩy chỉ gồm phần đẩy chỉ đầu bằng và phần cán. Kích cỡ: 0.30*33mm; 0.35*45mm. Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, có khả năng chống ăn mòn tốt. Kim châm cứu dùng một lần là sản phẩm vô trùng. Được cung cấp cho điều trị cấy chỉ do bác sĩ chuyên ngành sử dụng. Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất: ISO, CE, CFS; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 308156 tại Việt Nam	Khoa Dược -TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
23	Nẹp đùi chống xoay	Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí; - Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị; - Sử dụng sau phẫu thuật, sau chấn	Khoa Dược -TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
		thương cổ xương đùi, chống co đầu gối; - Gồm các cỡ S, M, L, XL.				
24	Mặt nạ oxy bộ khí dung người lớn, trẻ em	Các cỡ M,L,XL. Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố DEHP. Dây dẫn có chiều dài 2 m. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
25	Ông nghiệm lấy mẫu EDTA	Ông nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml, nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp để thấp. Đạt	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
		tiêu chuẩn ISO 13485:2016.				
26	Ông nghiệm Heparin	Kích thước 13 x75mm	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
27	Ông đặt nội khí quản các số	Sản phẩm từ nhựa PCV không độc hại, trong suốt, mềm mại. Đóng gói riêng biệt từng túi	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
28	Kim chọc dò tủy sống các loại, các cỡ	Đầu kim với thiết kế đầu Quinke 3 mặt vát, sắc bén. Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra, có nhiều rãnh chắc chắn, dễ cầm ngay cả khi đeo găng ướt. Có khoảng trống giữa que	Khoa Dược -TTB-VTTYT;Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	

STT	Danh mục	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu vận chuyển	Thời gian giao hàng dự kiến	Ghi chú
		thông nòng và thành kim. Các số (18G x 3.1/2"""); (20G x 3.1/2"""); (22G x 3.1/2"""); (25G x 3.1/2"""); (G27 x 3.1/2""")				
29	Test nhanh chẩn đoán HIV	Độ nhạy $\geq 99,6\%$; Độ đặc hiệu $\geq 99,8\%$. Bảo quản từ 2-40 độ C.	Khoa Dược - TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
30	Que thử đường huyết	Hộp ≥ 25 que. Đạt tiêu chuẩn ISO. EC	Khoa Dược - TTB-VTTYT; Trung tâm Y tế huyện Tuy An	Đúng với yêu cầu của nhà sản xuất	4 ngày tính từ ngày có đơn đặt hàng	
		Tổng cộng: 30 khoản				